

การจัดเก็บ และการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อให้มีประสิทธิภาพ

นางกรिता เอี่ยมมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

สถานที่เก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ

1. มิดชิด ไม่มีคนพลุกพล่าน
2. ไม่มีลมพัดผ่าน ไม่มีฝุ่น
3. อุณหภูมิ ความชื้นเหมาะสม
4. อยู่ห่างจากอ่างล้างมือ / ท่อประปา
5. ทำความสะอาดง่าย (เช็ด ถู)
6. ชั้นวางได้มาตรฐาน
7. ไม่วางอุปกรณ์ที่พื้น
8. มีแอลกอฮอล์ แอนด์ สครับ สำหรับทำความสะอาดมือก่อนหยิบอุปกรณ์

ทฤษฎี FIFO (First In First Out) หมายถึง อุปกรณ์หรือสินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อน ก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน เป็นต้น

จัดเก็บและหยิบใช้ตามหลัก FIFO

1. ทำความสะอาดมือก่อนจับอุปกรณ์
2. ไม่โยนห่ออุปกรณ์
3. ห่ออุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เปียก ฉีกขาด หลุด มีวันผลิต วันหมดอายุ ชัดเจน
4. ห่ออุปกรณ์ที่หล่นพื้นถือว่ามีการปนเปื้อน ต้องทำให้ปราศจากเชื้อใหม่
5. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง
6. ไม่แกะห่ออุปกรณ์ทิ้งไว้ (เปิดห่อเมื่อต้องการใช้งาน)

วิธีการ

1. ผู้หยิบหันหน้าเข้าชั้นวางของ
กรณีเรียงของตะแคง
 - เลื่อนของเก่าไปทางขวาและเติมของใหม่ทางซ้าย
 - หยิบห่อเครื่องมือจากด้านขวามือสุดกรณีที่เรียงเครื่องมือซ้อนกันเป็นตั้ง
 - เรียงของใหม่ไว้ด้านล่าง
 - หยิบห่อเครื่องมือที่อยู่ด้านบนสุด

กรณีที่มีชั้นหลายชั้นและเป็นของชนิดเดียวกัน

- เรียงของใหม่ชั้นบนสุดและเลื่อนของเก่าลงมาชั้นล่าง
- หยิบห่อเครื่องมือจากชั้นวางของที่อยู่ชั้นล่างสุด

เอกสารอ้างอิง

จรียา ลิมานันท์. (2561). การจัดเก็บและการใช้งานอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ. แหล่งข้อมูล :

<http://bsthhos.com/wp-content/uploads/2018/03/เก็บ-ใช้-sterile59-1.pdf>

ค้นเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยสยาม. (2558). ทฤษฎี FIFO (First In First Out). แหล่งข้อมูล :

http://www.research-system.siam.edu/images/thesistee/computer_science/

1_2558/online_inventory_samphaothong/06_ch2.pdf ค้นเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค. (2560). แนวทางการพัฒนาหน่วยจ่ายกลาง. แหล่งข้อมูล :

<http://bamras.ddc.moph.go.th/userfiles/18.pdf> ค้นเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ.2563